



„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

Tel. 71/ 77-66-212 Fax: 71/ 77-66-200 Fax kom. 519-134-307

e`mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl www.dczp.wroclaw.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819

Kapitał Zakładowy: 50 370 000,00 zł

Wrocław, dnia 15.01.2013r

Do wszystkich Oferentów postępowania nr **2/SMED/DCZP/2013/P**
Dot. Zapytania do postępowania w przetargu nieograniczonym na „Sukcesywną dostawę
sprzętu medycznego dla komórek organizacyjnych
„DCZP” sp. z o.o.”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Pytanie 1

„Czy zamawiający może zmienić jednostkę z” para” na „sztuka” w zadaniu czwartym pozycja asortymentowa 3, gdyż pas na tułów jest pakowany jako jedna sztuka ponieważ nie ma rozróżnienia na prawa i lewą stronę, jak w przypadku kostek czy nadgarstków albo wyjaśnienie co jest rozumiane pod nazwą „para” w tej sytuacji”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zwraca uwagę, że pasy uniwersalne na tułów znajdują się w zadaniu nr 5 poz. 3. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę jednostki w zadaniu 5 poz. nr 3 z „para” na „ sztuka”.

Pytanie 2

Zwracam się z zapytaniem czy zamawiający dopuszcza do przetargu sprzęt o następujących parametrach wymienionych poniżej

Dot. zadania nr 6

Ciśnieniomierze liczba porządkowa 1 - 10 sztuk oraz liczba porządkowa 2 - 2 sztuki

Parametry oferowane przez oferenta:

Manometr zintegrowany jest z pompką. Zawór spustu powietrza otwiera się za pomocą tradycyjnej nakrętki.

Pompka wyposażona jest w łyżkę wspomagającą pompowanie, która wykonana jest z wysokiej jakości stopu metali. Obudowa manometru zrobiona jest z najwyższej jakości barwionego plastiku wysokoudarowego, wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne.

Dane techniczne:

w skład zestawu wchodzi:

manometr z gruszką i zaworem wlotu, mankiet, zawór zwalniający, stetoskop

średnica zegara: 67mm

zakres: 0 - 300 mmHg

dokładność pomiaru +/-3 mmHg

podziałka co 2 mmHg

błąd odczytu +/- 1 mmHg

temperatura pracy: 10-40 st.C

wilgotność: 15-90 %

metoda pomiarowa osłuchowa

2 lata gwarancji

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby ciśnieniomierze z zadania nr 6 spełniały następujące warunki:

Pozycja nr 1: „Standardowy aparat do pomiaru ciśnienia krwi -jednoprzewodowy. Mankiet nylonowy z **zapięciem zawijanym, wiązonym**, wewnątrz gumowy balon zawierający lateks o wymiarach 54,5 x 14,5 cm. Stetoskop w komplecie”.

Pozycja nr 2: „Aparat do pomiaru ciśnienia krwi -jednoprzewodowy. **Bez części metalowych** (mankiet winien być wolny od części metalowych i powinien być wiązany). Mankiet nylonowy z zapięciem **zawijanym, wiązonym**, wewnątrz gumowy balon zawierający lateks o wymiarach 54,5 x 14,5 cm. Stetoskop w komplecie” (nie może być na stałe zamontowany w mankiecie) .