



**„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.**

Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

**Tel. 71/ 77-66-212 Fax: 71/ 77-66-200 Fax kom. 519-134-307**

e`mail: [sekretariat@dczp.wroclaw.pl](mailto:sekretariat@dczp.wroclaw.pl) [www.dczp.wroclaw.pl](http://www.dczp.wroclaw.pl)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819

Kapitał Zakładowy: 50 370 000,00 zł

Wrocław, dnia 17.01.2013r

Do wszystkich Oferentów postępowania nr **2/SMED/DCZP/2013/P**

Dot. Zapytania do postępowania w przetargu nieograniczonym na „Sukcesywną dostawę sprzętu medycznego dla komórek organizacyjnych „DCZP” sp. z o.o.”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

**Pytanie nr 1**

Dot.Pakiet 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kompresy jałowe o wymiarach 7,5cm x 7,5cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na kompresy jałowe o wymiarach 7,5cm x 7,5cm

**Pytanie nr 2**

Dot.Pakiet 1 poz.1,2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kompresy jałowe pakowane a’3 szt. łącznie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na kompresy jałowe pakowane a’3 szt. łącznie.

**Pytanie nr 3**

Dot.Pakiet 1 poz.2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kompresy jałowe o wymiarach 10cm x 10cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na kompresy jałowe o wymiarach 10cm x 10cm

**Pytanie nr 4**

Dot.Pakiet 1 poz.5 -6

Czy Zamawiający dopuści bandaż wiskozowy pakowany pojedynczo niesterylny?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na bandaż wiskozowy pakowany pojedynczo zamykane obustronnie.

**Pytanie nr 5**

Dot.Pakiet 1 poz.8,9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania siatkę elastyczną o długości w stanie spoczynku a’7 m z przeliczeniem na 2 opakowania lub 3 opakowania, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania siatkę elastyczną o długości w stanie spoczynku a’7 m z przeliczeniem na 2 opakowania lub 3 opakowania

**Pytanie nr 6**

Dot.Pakiet 1 poz.10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania plaster hipoalergiczny o wymiarach 2,5cm x 9,14m, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania plaster hipoalergiczny o wymiarach 2,5cm x 9,14m,

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 7**

Dot.Pakiet 1 poz.12,13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przylepiec tkaninowy z klejem akrylowym, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania przylepiec tkaninowy z klejem akrylowym.

**Pytanie nr 8**

Dot.Pakiet 1 poz.15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opatrunków jałowych sterylizowanych tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania opatrunków jałowych sterylizowanych tlenkiem etylenu.

**Pytanie nr 9**

Dot.Pakiet 1 poz.15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opatrunków w rozmiarach 5cm x 7,2cm i 6cm x 10cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania opatrunków w rozmiarach 5cm x 7,2cm i 6cm x 10cm.

**Pytanie nr 10**

Dot.Pakiet 1 poz.15

Czy Zamawiający w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 15 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 15 i utworzenie z niej odrębnego zadania.

**Pytanie nr 11**

Dot.Pakiet 1 poz.16-19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 16-19 i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 16-19 i utworzenie z nich odrębnego zadania.

**Pytanie nr 12**

Dot.Pakiet 1 poz.20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do podłączania kroplówki z włókninowym opatrunkiem do mocowania kaniuli o wymiarach 8x6cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania zestawu do podłączania kroplówki z włókninowym opatrunkiem do mocowania kaniuli o wymiarach 8x6cm.

**Pytanie nr 13**

Dot.Pakiet 1 poz.20

Czy Zamawiający w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyrazi

zgode na wydzielenie pozycji 20 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 20 i utworzenie z niej odrębnego zadania.

**Pytanie nr 14**

Dot.Pakiet 1 poz.21-22

Czy Zamawiający wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 21-22 i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 21-22 i utworzenie z niej odrębnego zadania.

**Pytanie nr 15**

Dot.Pakiet 2 poz.12,14

Czy Zamawiający wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 12,14 i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 12,14 i utworzenie z niej odrębnego zadania.

**Pytanie nr 16**

Dot.Pakiet 2 poz.19

Czy Zamawiający wyrazi zgode na zaoferowanie strzykawki skalowanej co 0,2 ml, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie strzykawki skalowanej co 0,2 ml.

**Pytanie nr 17**

Dot.Pakiet 2 poz.20

Czy Zamawiający wyrazi zgode na zaoferowanie strzykawki skalowanej co 0,5 ml?

Pakiet 2 poz.20

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgode na zaoferowanie strzykawki skalowanej co 0,5 ml.

**Pytanie nr 18**

Dot.Czy Zamawiający wyrazi zgode na zaoferowanie strzykawki pakowanej a'100szt. z przeliczeniem na 3 opakowania?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgode na zaoferowanie strzykawki pakowanej a'100szt. z przeliczeniem na 3 opakowania.

**Pytanie nr 19**

Dot.Pakiet 2 poz.15-22

Czy Zamawiający wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 16-22 i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 16-22 i utworzenie z niej odrębnego

zadania.

**Pytanie nr 20**

Dot.Pakiet 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice foliowe w rozmiarach M, L, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga „Rękawice foliowe S, M, L”

**Pytanie nr 21**

Dot.Pakiet 3 poz.3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice posiadające badania z jednostki niezależnej na min. 1 substancję chemiczną, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga „udokumentowaną przenikalność na różne substancje chemiczne w laboratoriach, w środkach myjących i dezynfekcyjnych, atestowne, certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający kontrolę i nadzór ze strony jednostki nad zgodnością z normą EN 455- 1,2,3”

**Pytanie nr 22**

Dot.Pakiet 3 poz.4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o długości 295mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o długości 295mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 23**

Dot.Pakiet 3 poz.5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o długości 295mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuści do zaoferowania rękawice o długości 295mm.

**Pytanie nr 24**

Dot.Pakiet 3 poz.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 6 i utworzenie z niej odrębnego zadania.

**Pytanie nr 25**

Dot.Pakiet 3 poz.6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice z wewnętrzną warstwą polimerową pełniącą taką samą funkcję jak warstwa poliuretanowa?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice z wewnętrzną warstwą polimerową pełniącą taką samą funkcję jak warstwa poliuretanowa

**Pytanie nr 26**

Dot.Pakiet 3 poz.6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o specjalnej warstwie antypoślizgowej na całej powierzchni rękawicy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści do zaferowania rękawice o specjalnej warstwie antypoślizgowej na całej powierzchni rękawicy

**Pytanie nr 27**

Dot.Pakiet 3 poz.6

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania rękawice o AQL-1,0?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuści do zaferowania rękawice o AQL-1,0

**Pytanie nr 28**

Dot.Pakiet 3 poz.6

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania rękawice z zawartością protein <30ug/g?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuści do zaferowania rękawice z zawartością protein <30ug/g

**Pytanie nr 29**

Dot.Pakiet 7 poz.5

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kieliszki do leków pakowane a'75szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści do zaferowania kieliszki do leków pakowane a'75szt z przeliczeniem podanych ilości.

**Pytanie nr 30**

Dot.Pakiet 7 poz.10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 10 i utworzenie z niej odrębnego zadania.

**Pytanie nr 31**

Dot.Pakiet 7 poz.15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie maseczki trzywarstwowej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie maseczki trzywarstwowej.

**Pytanie nr 32**

Dot.Pakiet 7 poz.15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie maseczki o wymiarach 9,5x17,5cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie maseczki o wymiarach 9,5x17,5cm.

**Pytanie nr 33**

Dot.Pakiet 8 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie papieru o wymiarach 210x300x1000 arkuszy z przeliczeniem na 6 paczek, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie papieru o wymiarach 210x300x1000 arkuszy z przeliczeniem na 6 paczek, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 34**

Dot.Zadanie 1 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści plaster zgodny z siwz o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści plaster zgodny z siwz o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości

**Pytanie nr 35**

**Dot.** Zadanie 1 poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści przyłepiec zgodny z siwz z hypoalergicznym klejem akrylowym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści przyłepiec zgodny z siwz z hypoalergicznym klejem akrylowym

**Pytanie nr 36**

**Dot.** Zadanie 1 poz. 12:

Czy Zamawiający dopuści przyłepiec zgodny z siwz z hypoalergicznym klejem akrylowym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści przyłepiec zgodny z siwz z hypoalergicznym klejem akrylowym

**Pytanie nr 37**

**Dot.** Zadanie 1 poz. 12:

Czy Zamawiający dopuści zestaw zgodny z siwz, w którym 2 szt kompresów z gazy 7,5cm x 7,5cm zastąpione zostaną 2szt. kompresów włókninowych 4W/30g?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści zestaw zgodny z siwz, w którym 2 szt kompresów z gazy 7,5cm x 7,5cm zastąpione zostaną 2szt. kompresów włókninowych 4W/30g.

**Pytanie nr 38**

**Dot.** Zadanie 1 poz. 19:

Czy Zamawiający opisując skład zestawu do cewnikowania miał na myśli po jednej sztuce strzykawkę z płynami?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający miał na myśli po jednej sztuce strzykawkę z płynami.

**Pytanie nr 39**

**Dot.** Zadanie 1 poz. 19:

Czy Zamawiający dopuści zestaw zgodny z siwz, w którym serwetka podfoliowana z otworem o śr. 5cm ma rozmiar 50cm x 60cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści zestaw zgodny z siwz, w którym serwetka podfoliowana z otworem o śr. 5cm ma rozmiar 50cm x 60cm.

**Pytanie nr 40**

**Dot.** Zadanie 3 poz. 1-2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności przetargu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgodę na wyłączenie pozycji 1-2 do osobnego pakietu.

**Pytanie nr 41**

**Dot.** Zadanie 3 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne zgodne z normą 455- 1,2,3 bez potwierdzenia certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz udokumentowanej przenikalności?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuści rękawice diagnostyczne zgodne z normą 455- 1,2,3 bez potwierdzenia certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz udokumentowanej przenikalności.

**Pytanie nr 42****Dot.**Zadanie 3 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitylowe o min. grubości na palcu 0,10mm; dłoni 0,09mm, mankiecie 0,06; o długości min. 240mm oraz odstąpi od wymogu zgodności z normą 374-3; nieprzeznaczone do procedur wysokiego ryzyka?

**Pytanie nr 43****Dot.**Zadanie 3 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe z poziomem AQL – 0,65, zawartością protein 44-80µg/g?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe z poziomem AQL – 0,65, zawartością protein 44-80µg/g.

**Pytanie nr 44****Dot.** Zadanie 1 poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści przylepiec zgodny z siwz z hypoalergicznym klejem akrylowym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści przylepiec zgodny z siwz z hypoalergicznym klejem akrylowym

Pytanie dot. projektu umowy:

**Pytanie nr 45**

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych. Dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dniami od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

**Pytanie nr 46**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wykonawca nie będzie mógł dostarczać zamienniki.

**Pytanie nr 47**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto.

**Pytanie nr 48**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Ceny jednostkowe na poszczególne sprzęt, określony w formularzu cenowym, są cenami stałymi i obowiązują Strony przez cały okres obowiązywania Umowy.