



**„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.**

Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

**Tel. 71/ 77-66-212 Fax: 71/ 77-66-200 Fax kom. 519-134-307**

e`mail: [sekretariat@dczp.wroclaw.pl](mailto:sekretariat@dczp.wroclaw.pl) [www.dczp.wroclaw.pl](http://www.dczp.wroclaw.pl)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819

Kapitał Zakładowy: 50 370 000,00 zł

Wrocław, dnia 17.01.2013r

Do wszystkich Oferentów postępowania nr **2/SMED/DCZP/2013/P**  
Dot. Zapytania do postępowania w przetargu nieograniczonym na „Sukcesywną dostawę  
sprzętu medycznego dla komórek organizacyjnych  
„DCZP” sp. z o.o.”.

**Wyjaśnienie treści SIWZ**

W wyniku przeoczenia, Zamawiający nie udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania z  
„Odpowiedzi na zapytania nr 3,

W uzupełnieniu:

**Pytanie nr 42**

**Dot.**Zadanie 3 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o min. grubości na palcu 0,10mm; dłoni 0,09mm, mankiecie 0,06; o długości min. 240mm oraz odstąpi od wymogu zgodności z normą 374-3; nieprzeznaczone do procedur wysokiego ryzyka?

**Zamawiający odpowiada:**

Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o min. grubości na palcu 0,10mm; dłoni 0,09mm, mankiecie 0,06; o długości min. 240mm oraz odstąpi od wymogu zgodności z normą 374-3; nieprzeznaczone do procedur wysokiego ryzyka