



„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

Tel. 71/ 77-66-212 Fax: 71/ 77-66-200 Fax kom. 519-134-307

e`mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl www.dczp.wroclaw.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819

Kapitał Zakładowy: 50 370 000,00 zł

Wrocław, dnia 18.01.2013r

Do wszystkich Oferentów postępowania nr **2/SMED/DCZP/2013/P**

Dot. Zapytania do postępowania w przetargu nieograniczonym na „Sukcesywną dostawę sprzętu medycznego dla komórek organizacyjnych „DCZP” sp. z o.o.”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Pytanie nr 1

Dot. Zadanie nr 3 poz. 4

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska w opisie asortymentu przy określeniu zawartości protein lateksu.

Rękawice nitrylowe są rękawicami syntetycznymi nieposiadającymi lateksu

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dokonał omyłkowo zapis w Zadaniu nr 3 poz. 4 ” zawartość protein lateksu poniżej 50 µg/g”. Zapis uznaje za nieważny.

Pytanie nr 2

Dot. Zadanie nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 240mm? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie dopuści rękawice o długości 240mm.

Pytanie nr 3

Dot. Zadanie nr 3 poz. 4

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli normę EN 374-3?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wymaga aby rękawice spełniały normy obowiązujące na Polskim rynku medycznym (chroniące przed zagrożeniami chemicznymi / Norma EN374-3/ oraz fizycznymi i biologicznymi / PN-EN 455-1,2,3/).

Pytanie nr 4

Dot. Zadanie nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice o standardowej długości tj. poniżej 270mm? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie dopuści rękawice o długości poniżej 270mm.

Pytanie nr 5

Dot. Zadanie nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniach a`100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie dopuści rękawice w opakowaniach a`100 sztuk.

Pytanie nr 6

Dot. Zadanie nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rękawic o AQL 1.0? Reszta parametrów bez zmian.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wymaga rękawic o AQL 1.5.