



**„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.**

Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

**Tel. 71/ 77-66-212 Fax: 71/ 77-66-200 Fax kom. 519-134-307**

e`mail: [sekretariat@dczp.wroclaw.pl](mailto:sekretariat@dczp.wroclaw.pl) [www.dczp.wroclaw.pl](http://www.dczp.wroclaw.pl)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819

Kapitał Zakładowy: 53 214 000,00 zł

Wrocław, dnia 28.02.2014r

Do wszystkich Oferentów postępowania nr 1/DSMD/DCZP/2014/P  
**Dot. Przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę sprzętu medycznego i opatrunków dla komórek organizacyjnych „DCZP” sp. z o.o.” wraz z transportem”**

**Wyjaśnienie treści SIWZ**

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści oferowanie pasków do innych glukometrów niż wymienione, jeżeli Wykonawca zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczy Zamawiającemu odpowiednią ilość najnowocześniejszych obecnie glukometrów, opartych na metodzie biosensorycznej, posługujących się enzymem GDH - NAD, przy czym glukometry będą dostarczone do szpitala nieodpłatnie na czas trwania umowy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza oferowanie pasków do innych glukometrów niż wymienione, jeżeli Wykonawca zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczy Zamawiającemu odpowiednią ilość najnowocześniejszych obecnie glukometrów, opartych na metodzie biosensorycznej, posługujących się enzymem GDH - NAD, przy czym glukometry będą dostarczone do szpitala nieodpłatnie na czas trwania umowy.

**Pytanie nr 2:**

Pakiet 1 poz.1,2

Czy Zamawiający dopuści dozaoferowania kompresy jałowe pakowane a'3 szt. łącznie, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Obecny zapis znacznie ogranicza konkurencyjność postępowania.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania kompresy jałowe pakowane a'3 szt. łącznie.

**Pytanie nr 3:**

Pakiet 1 poz.5 -6

Czy Zamawiający dopuści bandaż wiskozowy pakowany pojedynczo niesterylny?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza bandaż wiskozowy pakowany pojedynczo niesterylny.

**Pytanie nr 4:**

Pakiet 1 poz.10

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania plaster hipoalergiczny o wymiarach 2,5cm x 9,14m, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza do zaferowania plaster hipoalergiczny o wymiarach 2,5cm x 9,14m.

**Pytanie nr 5:**

Pakiet 1 poz.12,13

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania przylepiec tkaninowy z klejem akrylowym, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza do zaferowania przylepiec tkaninowy z klejem akrylowym.

**Pytanie nr 6:**

Pakiet 1 poz.15

Czy Zamawiający dopuszcza do zaferowania opatrunek jałowy sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza do zaferowania opatrunek jałowy sterylizowany tlenkiem etylenu.

**Pytanie nr 7:**

Pakiet 1 poz.15

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania opatrunek w rozmiarach 5cm x 7,2cm i 6cm x 10cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza do zaferowania opatrunek w rozmiarach 5cm x 7,2cm i 6cm x 10cm

**Pytanie nr 8:**

Pakiet 1 poz.15

Czy Zamawiający w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 15 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 15 i utworzenie z niej odrębnego zadania.

**Pytanie nr 9:**

Pakiet 1 poz.16-19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 16-19 i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 16-19 i utworzenie z nich odrębnego zadania nr 1A.

**Pytanie nr 10:**

Pakiet 1 poz.20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do podłączania kroplówki z włókninowym opatrunkiem do mocowania kaniul o wymiarach 8x6cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zestaw do podłączania kroplówki z włókninowym opatrunkiem do mocowania kaniul o wymiarach 8x6cm.

**Pytanie nr 11:**

Pakiet 1 poz.20

Czy Zamawiający w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 20 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 20 i utworzenie z niej odrębnego zadania nr 1A.

**Pytanie nr 12:**

Pakiet 1 poz.21-22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 21-22 i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 21-22 i utworzenie z niej odrębnego zadania nr 1A.

**Pytanie nr 13:**

Pakiet 2 poz.13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13 i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 13 i utworzenie z nich odrębnego zadania nr 2A.

**Pytanie nr 14:**

Pakiet 2 poz.18-23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 18-23 i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu

pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 18-23 i utworzenie z nich odrębnego zadania nr 2A.

**Pytanie nr 15:**

Pakiet 2 poz.20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki skalowanej co 0,2 ml, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawki skalowanej co 0,2 ml pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 16:**

Pakiet 2 poz.21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki skalowanej co 0,5 ml?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawki skalowanej co 0,5 ml pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 17:**

Pakiet 2 poz.21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki pakowanej a'100szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawki pakowanej a'100szt. z przeliczeniem zamawianej ilości.

**Pytanie nr 18:**

Pakiet 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice foliowe w rozmiarach M, L, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania rękawice foliowe w rozmiarach M, L.

**Pytanie nr 19:**

Pakiet 3 poz.3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice posiadające badania z jednostki niezależnej na min. 1 substancję chemiczną, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania rękawice posiadające badania z jednostki niezależnej na min. 1 substancję chemiczną.

**Pytanie nr 20:**

Pakiet 3 poz.4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o długości 295mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice o długości 295mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 21:**

Pakiet 3 poz.5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o długości 295mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice o długości 295mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 22:**

Pakiet 3 poz.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 6 i utworzenie z niej odrębnego zadania.

**Pytanie nr 23:**

Pakiet 3 poz.6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice z wewnętrzną warstwą polimerową pełniącą taką samą funkcję jak warstwa poliuretanowa?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice z wewnętrzną warstwą polimerową pełniącą taką samą funkcję jak warstwa poliuretanowa.

**Pytanie nr 24:**

Pakiet 3 poz.6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o specjalnej warstwie antypoślizgowej na całej powierzchni rękawicy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice o specjalnej warstwie antypoślizgowej na całej powierzchni rękawicy.

**Pytanie nr 25:**

Pakiet 3 poz.6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o AQL-1,0?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice o AQL-1,0.

**Pytanie nr 26:**

Pakiet 3 poz.6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice z zawartością protein <30ug/g?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice z zawartością protein <30ug/g.

**Pytanie nr 27:**

Pakiet 7 poz.5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kieliszki do leków pakowane a'75szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kieliszki do leków pakowane a'75szt z przeliczeniem podanych ilości.

**Pytanie nr 28:**

Pakiet 7 poz.6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania prześcieradło papierowe na rolce o szerokości 60cm i długości 80metrów z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania prześcieradło papierowe na rolce o szerokości 60cm i długości 80metrów z przeliczeniem podanych ilości.

**Pytanie nr 29:**

Pakiet 7 poz.15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maseczki trzywarstwowej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie maseczki trzywarstwowej.

**Pytanie nr 30:**

Pakiet 7 poz.15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maseczki o wymiarach 9,5x17,5cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie maseczki o wymiarach 9,5x17,5cm.

**Pytanie nr 31:**

Pakiet 8 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru o wymiarach 210x300x1000 arkuszy z przeliczeniem wymaganej ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie papieru o wymiarach 210x300x1000 arkuszy z przeliczeniem wymaganej ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 32:**

Pakiet 9 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy w opakowaniu a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy w opakowaniu a'100szt z przeliczeniem podanych ilości.

**Pytanie nr 33:**

Zadanie 1 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe w rozmiarze 7cm x 7cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe w rozmiarze 7cm x 7cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 34:**

Zadanie 1 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe w rozmiarze 9 cm x 9 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści kompresy gazowe w rozmiarze 9 cm x 9 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 35:**

Zadanie 1 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści plaster zgodny z hypoalergicznym klejem kauczukowym o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza plaster zgodny z hypoalergicznym klejem kauczukowym o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości.

**Pytanie nr 36:**

Zadanie 1 poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści przyklepiec zgodny z SIWZ z hypoalergicznym klejem kauczukowym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza przyklepiec zgodny z SIWZ z hypoalergicznym klejem kauczukowym.

**Pytanie nr 37:**

Zadanie 1 poz. 12:

Czy Zamawiający dopuści przyklepiec zgodny z SIWZ z hypoalergicznym klejem akrylowym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza przyklepiec zgodny z SIWZ z hypoalergicznym klejem akrylowym.

**Pytanie nr 38:**

Zadanie 1 poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści przyklepiec zgodny z SIWZ z hypoalergicznym klejem akrylowym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza przyklepiec zgodny z SIWZ z hypoalergicznym klejem akrylowym.

**Pytanie nr 39:**

Zadanie 1 poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w jednym rozmiarze 5cm x 7,2cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie opatrunku w jednym rozmiarze 5cm x 7,2cm.

**Pytanie nr 40:**

Zadanie 1 poz. 16:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zmiany opatrunku o składzie:

pęseta plastikowa 1 szt., nerka tekturowa 1 szt., kompresy gazowe 17N 12W 10cm x 10cm 10 szt., kompresy gazowe 17N 12W 5cm x 5cm 5 sztuk?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza zestaw do zmiany opatrunku o składzie:

pęseta plastikowa 1 szt., nerka tekturowa 1 szt., kompresy gazowe 17N 12W 10cm x 10cm 10 szt., kompresy gazowe 17N 12W 5cm x 5cm 5 sztuk.

**Pytanie nr 41:**

Zadanie 1 poz. 19:

Czy Zamawiający opisując skład zestawu do cewnikowania miał na myśli po jednej sztuce strzykawkę z płynami?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający opisując skład zestawu do cewnikowania ma na myśli po jednej sztuce strzykawkę z płynami.

**Pytanie nr 42:**

Zadanie 1 poz. 19:

Czy Zamawiający dopuści zestaw zgodny z SIWZ, który posiada 5 tupferów zamiast 4 oraz serwetka podfoliowana z otworem o śr. 5cm i serwetka bez otworu mają rozmiar 50cm x 60cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza zestaw zgodny z SIWZ, który posiada 5 tupferów zamiast 4 oraz serwetka podfoliowana z otworem o śr. 5cm i serwetka bez otworu mają rozmiar 50cm x 60cm.



**Pytanie nr 43:**

Zadanie 1 poz. 22:

Czy Zamawiający nie dopuszcza pieluchomajtki w rozmiarze „S” o min. chłonności 1600ml, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści pieluchomajtki w rozmiarze „S” o min. chłonności 1600ml, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 44:**

Zadanie 3 poz.1-2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności przetargu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji 1-2 w Zadaniu nr 3 do osobnego pakietu.

Pytania dot. projektu umowy:**Pytanie nr 45**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z projektu umowy par 1 ust. 4 zapisu: „W celu potwierdzenia spełniania parametrów i standardów jakościowych oferowanego Sprzętu Wykonawca musi załączyć do każdego artykułu, jego opis w formie kserokopii (podpisanej zgodnie ze statusem Wykonawcy) z katalogu produktów (w języku polskim) lub kserokopię innego dokumentu zawierającą nazwą produktu, producenta wyrobu, dokładny opis cech jakościowych i parametrów technicznych produktu oraz numer katalogowy.”? A zamieści ten wymóg w treści SIWZ na etapie składania oferty?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga zapisu w projekcie umowy w par 1. ust.4.:

„W celu potwierdzenia spełniania parametrów i standardów jakościowych oferowanego Sprzętu Wykonawca musi załączyć do każdego artykułu, jego opis w formie kserokopii (podpisanej zgodnie ze statusem Wykonawcy) z katalogu produktów (w języku polskim) lub kserokopię innego dokumentu zawierającą nazwą produktu, producenta wyrobu, dokładny opis cech jakościowych i parametrów technicznych produktu oraz numer katalogowy”.

**Pytanie nr 46**

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych. Dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dniami od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

**Pytanie nr 47**

Do jakiego asortymentu (pakietu) odnosi się zapis w par. 2 ust 6 wzoru umowy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zapis: „Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i utylizacji w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zużytych opakowań, które wcześniej Zamawiający nabył od Wykonawcy i zużył.” - dotyczy wszystkich opakowań które wcześniej Zamawiający nabył od Wykonawcy i zużył.

**Pytanie nr 48**

Jakie konkretnie naruszenie warunków umowy będzie uważane za uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu warunków Umowy, z wyjątkiem udokumentowanych sytuacji losowych, których Strony nie mogły przewidzieć”.

**Pytanie nr 49**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę par 2 ust. 18 wzoru umowy i dopisanie słów: „po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonania warunków umowy”?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie słów: „po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonania warunków umowy”

**Pytanie nr 50**

Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna w sytuacji, gdy Wykonawca odstąpi od wykonania umowy była naliczana nie od wartości całej umowy, lecz od wartości niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody aby kara umowna w sytuacji, gdy Wykonawca odstąpi od wykonania umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy.

**Pytanie nr 50**

Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” w par. 6 ust. 1 projektu umowy zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody aby słowo „opóźnienia” w par. 6 ust. 1 projektu umowy zostało zastąpione słowem „zwłoki”

**Pytanie nr 51**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wykonawca nie będzie mógł dostarczać zamienniki.

**Pytanie nr 52**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto i wprowadza zmianę w zapisie wzoru umowy par. 4 ust.4:

„Ceny jednostkowe **netto** na poszczególne środki określone w Formularzach cenowych, są cenami stałymi i obowiązują Strony przez cały okres obowiązywania umowy.”

**Pytanie nr 48**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Ceny jednostkowe na poszczególne sprzęt, określony w formularzu cenowym, są cenami stałymi i obowiązują Strony przez cały okres obowiązywania Umowy.

Wobec wydzielenia z Zadania nr 1 pozycji: 16, 19-22 i utworzenia Zadania 1A oraz wydzielenia z Zadania nr 2 pozycji: 13, 18-23 i utworzenia Zadania 2A Zamawiający zmienia treść SIWZ w pozycji:

**XII. WADIUM**

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
  - dla zadania nr 1: 718,00 zł
  - dla zadania nr 1A: 1681,00 zł
  - dla zadania nr 2 : 1487,00 zł
  - dla zadania nr 2A: 1048,00 zł
  - dla zadania nr 3 : 3620,00 zł
  - dla zadania nr 4: 496,00 zł
  - dla zadania nr 5 : 750,00 zł
  - dla zadania nr 6: 434,00 zł
  - dla zadania nr 7: 838,00 zł
  - dla zadania nr 8: 39,00 zł
  - dla zadania nr 9: 0,00 zł
  - dla zadania nr 10: 121,00 zł

Poniżej Zamawiający przedstawia wzory formularza cenowego dla Zadania 1A i Zadania 2A.

Nr sprawy:  
1/DSMD/DCZP/2014/P

**FORMULARZ CENOWY**

Zadanie nr 1A

Lp	Nazwa artykułu	Nazwa, nr katalogowy i producent (podać nr strony ulotki i dokumentów rejestrowych w ofercie)	Opakowanie	Szacunkowa wielkość zamówienia na 36 miesięcy	Cena jednost. netto	% Vat	Cena jednost. brutto	Wartość netto	Wartość Vat	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	jałowy zestaw do zmiany opatrunku składający się z: kompres z gazy 10 x 10 cm- miń 4 szt, kompres z gazy 5x5 cm- min. 4 szt., tupfer sączek 15x15 cm- min. 1 szt, nerka tekturowa, penseta plastikowa, kubek plastikowy		1 szt	900						
2	Zestaw do cewnikowania: twardego blister 1 komora, strzykawka z wodą jałową z 10% roztworem gliceryny do wypełnienia cewnika, strzykawka z żelem poślizgowym, kompresy z gazy 7,5x7,5 - 8 szt. tupfer kula 20x20 - 4 szt. pojemnik plastikowy - 1 szt., rękawica bezpudrowa "M" - 2 szt., lubrykant w strzykawce 5-6 ml - 1 szt., serwetka podfoliowana 75x45 cm-1szt., serwetka podfoliowana z otworem 90x75 cm - cm, penseta plastikowa - 1 szt. kleszcze plastikowe - 1 szt., sterylna woda z gliceryną w strzykawce 8-10 ml - 1 szt.		op.	600						

3	Zestaw do podłączania kroplówki miękki blister 1 komora, kompresy z włókniny 40g/m2 4W 7,5cm x 7,5cm- 4 szt., rękawice lateksowe bezpudrowe M - 2 szt., foliowy włókninowy opatrunek do mocowania kniul 8x5,8 cm - 1 szt., przyrząd do przetaczania płynów - 1szt.		op.	1800						
4	Zestaw do usuwania szwów - tufery- kule z gazy 17-nitkowej, 20cm x 20cm - 6 szt., rękawice zabiegowe lateksowe niepudrowane, M,-2 szt., penseta plastikowa- 1 szt., nożyk do cięcia szwów Stitch Cutter, 1 szt.		op.	150						
5	Pieluchomajtki S,M,L,XL - oddychające o chłonności min 1900 ml wg ISO - op 30 szt		op	720						
							SUMA	0,00	0,00	0,00

Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.

.....  
(data i podpis Wykonawcy)

Nazwa i adres  
Wykonawcy.....

Załącznik nr 2.2

Nr sprawy: 1/DSMD/DCZP/2014/P

### FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 2A

Lp	Nazwa artykułu	Nazwa, nr katalogowy i producent (podać nr strony ulotki i dokumentów rejestrowych w ofercie)	Opakowanie	Szacunkowa wielkość zamówienia na 36 miesięcy	Cena jednost. netto	% Vat	Cena jednost. brutto	Wartość netto	Wartość Vat	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zamknięty system dostępu naczyniowego bezigłowy, sterylny nie zawierający metalu, DEHP i lateksu. przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, obudowa przezroczysta		szt	1800						
2	strzykawka 2 ml, luer trzyczęściowa, skala co 0,1 ml, Tłoczek gumowy z podwójnym uszczelnieniem Kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka		op = 100 szt	150						
3	strzykawka 5 ml, luer trzyczęściowa, skala co 0,2 ml, Tłoczek gumowy z podwójnym uszczelnieniem Kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka		op = 100 szt	150						

4	strzykawka 10 ml, luer trzyczęściowa, skala co 0,5 ml, Tłoczek gumowy z podwójnym uszczelnieniem Kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka		op = 100 szt	60						
5	strzykawka 20 ml luer trzyczęściowa, skala co 1 ml, Tłoczek gumowy z podwójnym uszczelnieniem Kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka		op = 120 szt	6						
6	strzykawka 100 ml cewnikowa z adapterem luer, skala co 1 ml		szt	90						
7	staza jednorazowego użytku gumowa urywana z metra o dowolnym kolorze, szer. Min 25 mm, 25szt. w rolce		rol.	330						
							SUMA	0,00	0,00	0,00

Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.

.....  
(data i podpis Wykonawcy)