



„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

Tel. 71/ 77-66-212 Fax: 71/ 77-66-200 Fax kom. 519-134-307

e`mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl www.dczp.wroclaw.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819

Kapitał Zakładowy: 54 014 000,00 zł

Wrocław, dnia 17.03.2015r.

Do wszystkich Oferentów postępowania nr 10/MEBL/DCZP/2015/P

Dot. przetargu nieograniczonego na: **„Sukcesywną dostawę mebli dla jednostek organizacyjnych „DCZP” sp. z o.o. wraz z transportem, wniesieniem, montażem i uruchomieniem przez Wykonawcę.”**

Wyjaśnienie nr 3 treści SIWZ

Pytanie nr 1

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zad.2- Meble medyczne- poz. 6 –materac z pokrowcem

Czy Zamawiający dopuści materac z pokrowcem z pianki poliuretanowej zapinany na zamek błyskawiczny z dwóch stron? Proponowane rozwiązanie umożliwia bezproblemowe zdjęcie pokrowca.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza materac z pokrowcem z pianki poliuretanowej zapinany na zamek błyskawiczny z dwóch stron.

Pytanie nr 2

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zad.2 - Meble medyczne- poz. 7 – łóżko medyczne

Czy Zamawiający mając na uwadze przeznaczenie łóżka, będzie wymagał, aby leże łóżka wypełnione było metalową siatką trwale montowaną na stałe, bez możliwości wyjęcia jej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby leże łóżka wypełnione było metalową siatką trwale montowaną na stałe, bez możliwości wyjęcia jej.

Pytanie nr 3

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zad.2 - Meble medyczne- poz. 7 – łóżko medyczne

Czy Zamawiający mając na uwadze komfort pracy personelu będzie wymagał, aby regulacje segmentu pleców i uda w łóżku szpitalnym odbywały się przy wspomaganiu sprężyną gazową? Takie rozwiązanie wspomaga podnoszenie segmentów leża, dzięki czemu personel używa mniej siły.

Nie wymaga

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, aby regulacje segmentu pleców i uda w łóżku szpitalnym odbywały się przy wspomaganiu sprężyną gazową.

Pytanie nr 4

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zad.2 - Meble medyczne- poz. 7 – łóżko medyczne

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w dwa koła z blokadą jazdy i obrotu oraz jedno koło z funkcją blokady kierunkowej? Takie rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego, gdyż zapewnia stabilne zablokowanie łóżka w jednym miejscu, a dzięki zastosowaniu blokady kierunkowej umożliwia wygodne prowadzenie łóżka i zwiększa jego zwrotność.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne wyposażone w dwa koła z blokadą jazdy i obrotu oraz jedno koło z funkcją blokady kierunkowej.

Pytanie nr 5Dotyczy przedmiotu zamówienia – zad.2 - Meble medyczne- poz. 7 – łóżko medyczne

Czy Zamawiający mając na uwadze specyfikę pacjenta będzie wymagał, aby łóżko szpitalne wyposażone było w szczyty wykonane z trwałego i jednorodnego odlewu tworzywowego? Takie rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego. Szczyty wykonane z metalowej rury z wypełnieniem z płyty laminowanej są podatne na uszkodzenia mechaniczne. Bardzo często dochodzi do wyłamania wypełnienia w skutek kopnięcia przez pacjenta, co narazi Zamawiającego na koszty związane z naprawą łóżka. Szczyty tworzywowe z jednorodnego odlewu stanowią jedną bryłę, bez dokręcanych wypełnień. Uszkodzenie szczytu stanowiącego jedną, zwartą bryłę jest o wiele trudniejsze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aby łóżko szpitalne wyposażone było w szczyty wykonane z trwałego i jednorodnego odlewu tworzywowego.

Pytanie nr 6Dotyczy przedmiotu zamówienia – zad.2 - Meble medyczne- poz. 8 – łóżko szpitalne z dwiema barierkami

Czy Zamawiający mając na uwadze przeznaczenie łóżka, będzie wymagał aby leże łóżka wypełnione było metalową siatką trwale montowaną na stałe, bez możliwości wyjęcia jej? dopuszcza

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby leże łóżka wypełnione było metalową siatką trwale montowaną na stałe, bez możliwości wyjęcia jej.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający mając na uwadze komfort pracy personelu będzie wymagał aby regulacje segmentu pleców i uda w łóżku szpitalnym odbywały się przy wspomaganiu sprężyną gazową? Takie rozwiązanie wspomaga podnoszenie segmentów leża, dzięki czemu personel używa mniej siły.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga aby regulacje segmentu pleców i uda w łóżku szpitalnym odbywały się przy wspomaganiu sprężyną gazową.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w dwa koła z blokadą jazdy i obrotu oraz jedno koło z funkcją blokady kierunkowej? Takie rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego, gdyż zapewnia stabilne zablokowanie łóżka w jednym miejscu, a dzięki zastosowaniu blokady kierunkowej umożliwia wygodne prowadzenie łóżka i zwiększa jego zwrotność.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne wyposażone w dwa koła z blokadą jazdy i obrotu oraz jedno koło z funkcją blokady kierunkowej.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający mając na uwadze specyfikę pacjenta będzie wymagał, aby łóżko szpitalne wyposażone było w szczyty wykonane z trwałego i jednorodnego odlewu tworzywowego?

Takie rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego. Szczyty wykonane z metalowej rury z wypełnieniem z płyty laminowanej są podatne na uszkodzenia mechaniczne. Bardzo często dochodzi do wyłamania wypełnienia w skutek kopnięcia przez pacjenta, co narazi Zamawiającego na koszty związane z naprawą łóżka. Szczyty tworzywowe z jednorodnego odlewu stanowią jedną bryłę, bez dokręcanych wypełnień. Uszkodzenie szczytu stanowiącego jedną, zwartą bryłę jest o wiele trudniejsze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aby łóżko szpitalne wyposażone było w szczyty wykonane z trwałego i jednorodnego odlewu tworzywowego.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ:

Było:

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa w dniu: **18.03.2015r. o godz. 10:00**
2. Miejsce składania ofert: „**Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Wybrzeże J. C Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław - Sekretariat.
3. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą.
4. Termin otwarcia ofert: **18.03.2015r. o godz. 11:00**
5. Miejsce otwarcia ofert: „**Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Wybrzeże J. C Korzeniowskiego 18 50-226 Wrocław, Dział Organizacji, Logistyki i Zamówień Publicznych, budynek A, II piętro.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferowanej usługi.

Jest:

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa w dniu: **20.03.2015r. o godz. 10:00**
2. Miejsce składania ofert: „**Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Wybrzeże J. C Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław - Sekretariat.
3. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą.
4. Termin otwarcia ofert: **20.03.2015r. o godz. 11:00**
5. Miejsce otwarcia ofert: „**Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Wybrzeże J. C Korzeniowskiego 18 50-226 Wrocław, Dział Organizacji, Logistyki i Zamówień Publicznych, budynek A, II piętro.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferowanej usługi.