



„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

Tel. 71 77 66 200 Fax 71 75 75 790

e`mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl www.dczp.wroclaw.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819

Kapitał Zakładowy: 54 264 000,00 zł

Wrocław, dnia 24.06.2015r.

Do wszystkich Oferentów postępowania nr 22/SMED/DCZP/2015/P

Dot. Przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywną dostawę sprzętu medycznego wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem dla komórek organizacyjnych „DCZP” sp. z o.o.”.

Wyjaśnienie nr 2 treści SIWZ

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści papier do EEG w rozmiarze 210x300x1000 arkuszy z przeliczeniem na 8 paczek?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza papier do EEG w rozmiarze 210x300x1000 arkuszy z przeliczeniem na 8 paczek

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG Ascard w rozmiarze 112mm x 25m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza papieru do EKG Ascard w rozmiarze 112mm x 25m

Pytanie nr 3:

Dotyczy zadania nr 6 pozycja 9

Czy Zamawiający może określić rozmiar prześcieradła?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza prześcieradło fizelinowe o wymiarach min. 240x110 cm.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści maseczki chirurgiczne z gumką w rozmiarze 17,5x9 cm?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza maski chirurgiczne z gumką w rozmiarze 17,5x9 cm.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści chusty trójkątne bawełniane w rozmiarze 96x96x130 cm?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza chusty trójkątne bawełniane w rozmiarze 96x96x130 cm.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści pneumatyczny materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy o wym. 200x95x11 cm?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza pneumatyczny materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy o wym. 200x95x11 cm

Pytanie nr 7:

Dotyczy zadania nr 9 pozycja 1

Czy Zamawiający miał na myśli kompresy jałowe?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający miał na myśli kompresy niejałowe

Pytanie nr 8:

Dotyczy zadania nr 9 pozycja 1

W przypadku kompresów niejałowych czy Zamawiający dopuści opakowania 100 szt.?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza kompresów niejałowych w opakowaniu 100 szt.

Pytanie nr 9:

Dotyczy zadania nr 9 pozycja 2

Czy Zamawiający Wydzieli w/w pozycję do oddzielnego pakietu co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wydzielenie pozycji 2 z zadania nr 9 do odrębnego zadania nr 9A (formularz cenowy w załączeniu)

Pytanie nr 10:

Dotyczy zadania nr 9 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści watę celulozową w opakowaniach 5kg z przeliczeniem na 16 op.?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza waty celulozowej w opakowaniu 5 kg z przeliczeniem na 16 op.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający może określić min. skład zestawu do płukania oka?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zestaw do płukania oka powinien zawierać min. 2 ampułki soli fizjologicznej i plastikowy kieliszek.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml ze skalą co 0,5ml spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza strzykawki 20ml ze skalą co 0,5ml spełniające pozostałe wymagania SIWZ

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe j.u. bez kanału umożliwiającego wprowadzenie drenu?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza maski krtaniowej j.u. bez kanału umożliwiającego wprowadzenie drenu

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z blaszką modelującą na nos bez klipsa nosowego?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza maski tlenowej z blaszką modelującą na nos bez klipsa nosowego

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o długości min. 295mm w opakowaniach 50szt. z przeliczeniem na 120 opakowań?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rękawice nitrylowe o długości min. 295mm w opakowaniach 50szt. z przeliczeniem na 120 opakowań.

Pytanie nr 16:

Dotyczy zadania nr 1 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łyżek jednorazowego użytku – pasujących do rękojeści ujętej w pozycji 8, łyżka z tworzywa sztucznego, posiadająca światłowód (zimne światło) dostępna w rozmiarach typu Mac 1,2,3,4?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łyżek jednorazowego użytku – pasujących do rękojeści ujętej w pozycji 8, łyżka z tworzywa sztucznego, posiadająca światłowód (zimne światło) dostępna w rozmiarach typu Mac 1,2,3,4

Pytanie nr 17:

Dotyczy zadania nr 1 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łyżek jednorazowego użytku – pasujących do rękojeści ujętej w pozycji 8, łyżka ze stali nierdzewnej, posiadająca standardowe ciepłe światło, dostępna w rozmiarach typu Mac 1,2,3,4?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania łyżek jednorazowego użytku – pasujących do rękojeści ujętej w pozycji 8, łyżka ze stali nierdzewnej, posiadająca standardowe ciepłe światło, dostępna w rozmiarach typu Mac 1,2,3,4

Pytanie nr 18:

Dotyczy zadania nr 2 pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania apteczki o wymiarach 30x24x11?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość zaoferowania apteczki o wymiarach 30x24x11

Pytanie nr 19:

Dotyczy zadania nr 2 pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania apteczki o wymiarach 8x25x18?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość zaoferowania apteczki o wymiarach 8x25x18

Pytanie nr 20:

Dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający może doprecyzować co rozumie w Lp 2 poprzez Dozownik pasujący do reduktorów tlenowych o gwincie 10 mm wewnętrznym?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia ,że chodzi o dozownik, który będzie wkręcany do reduktora tlenowego o gwincie 10 mm.

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiającemu chodzi o pojemnik do reduktora tlenowego z Lp 1(wskazuje na to powołanie się w Lp. 1 na (Poz. 2))? Jeśli TAK, to czy Zamawiający dopuści pojemnik z gwintem 9/16”?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza dozownika z gwintem 9/16.

Jednocześnie informuje, że nastąpiła pomyłka pisarska w pozycji nr 1 jest: Reduktor tlenowy z możliwością podłączenia jednorazowych pojemników (Poz. 2) pasujący do butli tlenowych o pojemności 5 i 10 l

Powinno być: Reduktor tlenowy z możliwością podłączenia jednorazowych pojemników (Poz. 3) pasujący do butli tlenowych o pojemności 5 i 10 l

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiającemu chodzi o dozownik do tlenu do gniazda AGA, z możliwością stosowania jednorazowych pojemników z Lp 3?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiającemu chodzi o dozownik do reduktora tlenowego montowanego do butli tlenowych

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie noszy o wymiarach (rozłożone) 2100x520x150mm, nośność 159 kg?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza nosze o wymiarach (rozłożone) 2100x520x150mm, nośność 159 kg