



„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

Tel. 71 77 66 200 Fax 71 75 75 790

e`mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl www.dczp.wroclaw.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819

Kapitał Zakładowy: 54 264 000,00 zł

Wrocław, dnia 06.07.2015r.

Do wszystkich Oferentów postępowania nr 24/SMED/DCZP/2015/P

Dot. Przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywną dostawę sprzętu medycznego wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem dla komórek organizacyjnych „DCZP” sp. z o.o.”- drugie postępowanie.

Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ

Pytanie nr 1:

Zadanie nr 1, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania aparatu do pomiaru ciśnienia krwi spełniającego parametry Zamawiającego, lecz posiadającego części metalowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania aparatu do pomiaru ciśnienia krwi spełniającego parametry Zamawiającego posiadającego części metalowe.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łyżek jednorazowego użytku – pasujących do rękojeści ujętej w pozycji 8, łyżka z tworzywa sztucznego, posiadająca światłowód (zimne światło) dostępna w rozmiarach typu Mac 1,2,3,4?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łyżek jednorazowego użytku – pasujących do rękojeści ujętej w pozycji 8, łyżka z tworzywa sztucznego, posiadająca światłowód (zimne światło) dostępna w rozmiarach typu Mac 1,2,3,4

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łyżek jednorazowego użytku – pasujących do rękojeści ujętej w pozycji 8, łyżka ze stali nierdzewnej, posiadająca standardowe ciepłe światło, dostępna w rozmiarach typu Mac 1,2,3,4?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania łyżek jednorazowego użytku – pasujących do rękojeści ujętej w pozycji 8, łyżka ze stali nierdzewnej, posiadająca standardowe ciepłe światło, dostępna w rozmiarach typu Mac 1,2,3,4

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łyżek jednorazowego użytku – pasujących do rękojeści ujętej w pozycji 8, łyżka ze stali nierdzewnej, światłowodowa, dostępna w wymiarach typu Mac 0, 1, 2, 3, 4?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania łyżek jednorazowego użytku –

pasujących do rękojeści ujętej w pozycji 8, tyżka ze stali nierdzewnej, światłowodowa, dostępna w wymiarach typu Mac 0, 1, 2, 3, 4

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania apteczki o wymiarach 30x24x11?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania apteczki o wymiarach 30x24x11 z wyposażeniem zgodnym z załącznikiem nr 2 do SIWZ – formularzem cenowym Zamawiającego.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania apteczki o wymiarach 8x25x18?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania apteczki o wymiarach 8x25x18 z wyposażeniem zgodnym z załącznikiem nr 2 do SIWZ – formularzem cenowym Zamawiającego.