



**„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.**

Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

**Tel. 71 77 66 200 Fax 71 75 75 970**

e`mail: [sekretariat@dczp.wroclaw.pl](mailto:sekretariat@dczp.wroclaw.pl) [www.dczp.wroclaw.pl](http://www.dczp.wroclaw.pl)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819

Kapitał Zakładowy: 58 777 000,00 zł

Wrocław dn. 26.06.2017 r.

### Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ

Do wszystkich Oferentów postępowania nr 19/SMED/DCZP/2017/P dot. Przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywną dostawę sprzętu medycznego dla jednostek organizacyjnych „DCZP” Sp. z o.o. wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem wykonawcy”.

#### **Pytanie nr 1:**

Zadanie nr 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania cewników i drenów wykonany z włókniny o składzie: 50% poliester + 50% wiskoza?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza opatrunek o podanym składzie.

#### **Pytanie nr 2:**

Zadanie nr 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania cewników i drenów pakowany po 50szt z przeliczeniem podanych ilości?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza opatrunki pakowane po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

#### **Pytanie nr 3:**

Zadanie nr 5 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu a’3szt pakowane łącznie?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza kompresy w op. po 3 szt. pakowane łącznie.

#### **Pytanie nr 4:**

zadanie nr 5

Czy Zamawiający w poz. 1-3 wymaga kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu , natomiast wymaga kompresów jałowych.

#### **Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający w poz. 1-3 dopuści kompresy pakowane w blister po 3 szt. pakowane łącznie?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza kompresy pakowane w blister po 3 szt. pakowane łącznie.

**Pytanie nr 6:**

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający pisząc we wzorze umowy dni robocze wyjaśnia, iż ma na myśli dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w par 6 ust. 1 lit. C) kara była naliczana od niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę, aby w par 6 ust. 1 lit. C) kara była naliczana od niezrealizowanej części umowy.

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę par 6 ust. 5 wzoru umowy i dopisanie słów: „ po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonania warunków umowy”?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w § 6 ust 5 umowy mówi o „ Zamawiający może odstąpić od Umowy bez konsekwencji w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że dalsze wykonywanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, z tym że Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.” – brak uzasadnienia merytorycznego do wprowadzenia proponowanej przez Wykonawcę zmiany.

**Pytanie nr 9:**

Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna w sytuacji, gdy Wykonawca odstąpi od wykonania umowy była naliczana nie od wartości całej umowy, lecz od wartości niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający we wzorze umowy zawarł powyższą prośbę/pytanie.

**Pytanie nr 10:**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę w powyższych sytuacjach na dostarczenie zamienników jednak o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie.

**Pytanie nr 11:**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu. Zmiana cen może nastąpić jedynie zgodnie z zapisami § 4 umowy.

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy: Pakiet 2, poz.2

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści dozownik tlenu bez gwintu wew. 10mm, ale pasujący do reduktorów i

pojemników z pozycji 1 i 3 ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza dozownik tlenu bez gwintu wew. 10mm, ale pasujący do reduktorów i pojemników z pozycji 1 i 3

**Pytanie nr 13:**

Czy Zamawiający dopuści produkt Grip-Lok średni nieinwazyjny system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi skutek migracji flory bakteryjnej.

GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze.

Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym poliestrem.

Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia.

Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza w/w produkt. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Pytanie nr 14:**

Jak rozumieć opis artykułu w tabeli z numerem 1, czy nie popełniono pomyłki dotyczącej :„Reduktor tlenowy z możliwością podłączenia jednorazowych pojemników pasujący do butli tlenowych o pojemności 5 i 10 l „ ( w zadaniu numer 4 mowa jest o termometrach)

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający popełnił omyłkę pisarską, oczywiście chodzi o zadanie nr 2.

**Pytanie nr 15:**

O jaki rodzaj gwintu dozownika Państwu chodzi w wierszu numer 2? Z tego co wiem gwint o przekroju  $\varnothing$  10 mm. nie występuje. Być może chodzi o gwint  $\varnothing$  3/4 cala?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje dozownika kompatybilnego z reduktorem tlenowym z poz. nr 1.

**Pytanie nr 16:**

Czy przystępując do przetargu możemy zaproponować w miejsce punktu 1 i 2 zintegrowany dozownik z reduktorem pasujący do butli 5l i 10l z możliwością podłączenia jednorazowych pojemników z punktu 3?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na zintegrowany dozownik z reduktorem pasujący do butli 5l i 10l z możliwością podłączenia jednorazowych pojemników z punktu 3.