



„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

Tel. 71 77 66 200 Fax 71 75 75 970

e`mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl www.dczp.wroclaw.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819

Kapitał Zakładowy: 58 777 000,00 zł

Wrocław dn. 01.08.2017 r.

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ

Do wszystkich Oferentów postępowania nr 24/SMED/DCZP/2017/P dot. Przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego dla jednostek organizacyjnych „DCZP” sp. z o.o. wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem wykonawcy.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści dostarczanie faktury za zakupiony asortyment na adres poczty elektronicznej w formie pliku PDF?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza dostarczania faktury za zakupiony asortyment na adres poczty elektronicznej. Wymagane jest dostarczenie faktury w wersji papierowej na adres siedziby firmy zgodnie z SIWZ i wzorem umowy.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w§ 6 ust. 1 a) i b) na :

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w realizowaniu każdorazowej dostawy w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia niezrealizowanego w terminie za każdy dzień zwłoki w dostawie

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia zawierającego wady stwierdzone przy odbiorze i w okresie gwarancji za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego w formularzu reklamacji na usunięcie wady

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 6 ust. 1 a) i b) w załączniku nr 6 – we wzorze umowy.

Pytanie nr 3:

Zadanie nr 6

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie do przetargu krzesła kardiologicznego, którego demontowane siedzisko i oparcie wykonane są z pokrytej winylem tkaniny nylonowej? Jest to materiał trwały, który łatwo utrzymywać w czystości, oraz posiada takie same właściwości jeśli chodzi o dezynfekcję.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie do przetargu krzesła kardiologicznego, którego demontowane siedzisko i oparcie wykonane są z pokrytej winylem tkaniny nylonowej.

Pytanie nr 4:

Zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu krzesło kardiologiczne, którego rama krzesła wykonana jest z anodowego aluminium?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do przetargu krzesło kardiologiczne, którego rama krzesła wykonana jest z anodowego aluminium.