



„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

Tel. 71 77 66 200 Fax 71 75 75 970

e-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl www.dczp.wroclaw.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819

Kapitał Zakładowy: 76 723 000,00 zł



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wrocław 13.06.2023r.

Wyjaśnienie nr 1 do SWZ

Do wszystkich Oferentów postępowania nr:

18a/LEKI/DCZP/2023/P

na

„Sukcesywną dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.”

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania Oferentów:

Pytanie nr 1:

Czy w Zadaniu 5 poz. 2 i 5 Zamawiający dopuści zaoferowanie testów konfekcjonowanych w opakowaniach x 25 szt., gdzie każdy test jest indywidualnie zapakowany w opisanej, hermetycznie zamkniętej saszetce z nadrukowaną datą ważności i istnieje możliwość jego wykorzystania do końca daty ważności, niezależnie od tempa zużycia pozostałych testów z opakowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2:

Czy w Zadaniu 9 Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych kompatybilnych z aktualnie stosowanymi glukometrami GlucoDr. posiadającymi enzymem GDH-FAD?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dostarczenia pasków i glukometrów spełniających wymagania obowiązującego w Polsce prawa o wyrobach medycznych oraz obowiązujących standardów jakości dla systemów monitorowania stężenia glukozy we krwi (zgodnie z obowiązującymi normami jakości UE i aktualnymi wytycznymi PTD). Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający dopuszczenie oferowanych pasków i glukometrów do obrotu i używania w podmiotach leczniczych zgodnie z w/w i obowiązującymi przepisami prawa. Paski muszą być kompatybilne z dostarczonymi bezpłatnie 20 glukometrami.

Pytanie nr 3:

Czy w Zadaniu 9 Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym w dniu składania oferty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wymaga aby oferentem w Zadaniu 9 w przedmiotowym postępowaniu była hurtownia farmaceutyczna, co zapewni dostawy i transport pasków testowych do siedziby Zamawiającego w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w SWZ oraz obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Pytanie nr 5:

Czy w Zadaniu 9 Zamawiający wymaga pasków do glukometrów z funkcją wyrzutu zużytego paska umożliwiającą jego bezdotykowe usunięcie? Taka funkcja zwiększa higienę i bezpieczeństwo pracy personelu, eliminując kontakt personelu z krwią pacjenta za każdy razem przy wyjmowaniu zabrudzonego krwią paska z glukometru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 6:

Ponieważ na rynku funkcjonuje oferent posiadający paski testowe, których instrukcje i opakowania zawierają różniące się od siebie informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych, czy Zamawiający wymaga, aby takie informacje były jednolite i identyczne na opakowaniu i w instrukcji pasków zaofiarowanych w Zadaniu 9?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga jasnej, rzetelnej i jednoznacznej informacji popartej stosownymi badaniami.

Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty.