



„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

Tel. 71 77 66 200 Fax 71 75 75 970

e-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl www.dczp.wroclaw.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819

Kapitał Zakładowy: 88 451 000,00 zł



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wrocław, 08.04.2025r.

Wyjaśnienie nr 2 do SWZ

Do wszystkich Oferentów postępowania nr 14/SMED/DCZP/2025/P

dot. „Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego dla jednostek organizacyjnych „DCZP” sp. z o.o.”

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania Oferentów:

Pytanie nr 1:

Dotyczy: zapisów umowy

Czy zamawiający zgadza się na zmianę kar umownych za opóźnienie w realizowaniu każdorazowej dostawy do wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonej części dostawy za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

Dotyczy: Pakiet 3 pozycje 2-5

Prosimy Zamawiającego o strzykawkę z kontrującym kolorem tłoka biały/mleczny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3:

Dotyczy: Pakiet 3 pozycje 2-5

Prosimy Zamawiającego o strzykawkę w rozmiarze 10/12 ml, 2/2,5 ml, 20/22 ml, 5/6 ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 4:

Dotyczy: Pakiet 3 pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o strzykawkę w rozmiarze 20/22 ml, ze skalą co 1 ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Dotyczy: Pakiet 3 pozycja 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,6 x 30 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Dotyczy: Pakiet 3 pozycje 12-14

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycjach kaniuli bezpiecznej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 7:

Dotyczy: Pakiet 3 pozycje 12-14

Prosimy o dopuszczenie kaniuli w opakowaniu typu TYVEC

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Dotyczy: Pakiet 3 pozycje 12-14

Prosimy o dopuszczenie kaniuli w opakowaniu 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem opakowań, nie wymaga.

Pytanie nr 9:

Dotyczy: Pakiet 3 pozycje 12-14

Prosimy o dopuszczenie kaniuli wykonanej z bikompatybilnego PUR z 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG, posiadającą zastawkę pełniącą rolę filtra hydroforowego, z koreczkiem samodomykającym się typu „CLIK” w opakowaniu folia-papier

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 10:

Dotyczy: Pakiet 3 pozycja 12

Prosimy o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,2 x 45 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11:

Dotyczy: Pakiet 9 pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pozycji zgłębnika CH 14 – długość 110 cm i umieszczenie go w oddzielnej pozycji, oraz podanie ilości produktu do wyceny. Ze względu na różnice w cenie zgłębników, wyłączenie tego rozmiaru zgłębnika umożliwi dokonanie korzystniejszej wyceny, a Zamawiającemu pozwoli dokonać oszczędności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12:

Dotyczy: Pakiet 9 pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do wyceny zgłębnika CH 14 – długość 110 cm, posiadającego cztery boczne otwory oraz otwór kończący przewód zgłębnika, wyposażony w dodatkowy port do odbarczenia żołądka

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13:

Dotyczy: Pakiet 9 pozycja 3

Prosimy o wykreślenie z opisu iż produkt ma być kompatybilny z pozycją 5, pakiet zawiera tylko 4 pozycje.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że doszło do omyłki pisarskiej w zakresie zadania nr 9 pozycja 3: w opisie powinno być: produkt kompatybilny z pozycją nr 4.

Załącznik:

Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy do Wyjaśnienia nr 2

Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty.