



„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

Tel. 71 77 66 200 Fax 71 75 75 970

e-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl www.dczp.wroclaw.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819

Kapitał Zakładowy: 88 451 000,00 zł



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wrocław, 14.07.2025r.

Wyjaśnienie nr 2 do SWZ

Do wszystkich Oferentów postępowania nr **29/SMED/DCZP/2025/P**
dot. „**Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego dla jednostek organizacyjnych „DCZP” sp. z o.o.**”

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania Oferentów:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Zadanie nr 5 , poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor wyświetlający jednocześnie 8 śladowych krzywych EKG?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Zadanie nr 5 , poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z zakresem pomiarowym ciśnienia rozkurczowego u noworodka: 10~115 mmHg? Jest to wystarczający zakres pomiarowy u tej grupy pacjentów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Zadanie nr 5 , poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z zakresem pomiarowym ciśnienia średniego u dziecka: 15~215 mmHg? Jest to wystarczający zakres pomiarowy u tej grupy pacjentów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 4

Dotyczy: Zadanie nr 5 , poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z monitorowaniem SpO2 i zakresem pomiarowym PR: 20 bpm ~ 300 bpm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty.