



„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

Tel. 71 77 66 200 Fax 71 75 75 970

e-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl www.dczp.wroclaw.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819

Kapitał Zakładowy: 88 451 000,00 zł



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wrocław, 30.01.2026r.

Wyjaśnienie nr 5 do SWZ

Do wszystkich Oferentów postępowania nr **7/SMED/DCZP/2026/P**

„Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego dla jednostek organizacyjnych „DCZP” sp. z o.o.”

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania Oferentów:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Zadanie nr 1 poz 1

Czy Zamawiający dopuści opisany poniżej wózek inwalidzki renomowanej firmy, która jest w stanie zagwarantować dostępność przez cały okres trwania umowy ?



Specyfikacja techniczna Jazz S50

565		390								
595		420								
615	290	440								
635		460								
655		480								
675		500								

Pomiary w mm, waga w kg - Dopuszczalne odchylenia rozmiarów (± 15 mm, 1,5 kg).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Zadanie nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opisaną poniżej wagę lekarską renomowanej firmy, która jest w stanie zagwarantować dostępność przez cały okres trwania umowy ?



Elektroniczna waga osobowa klasy III przeznaczona do ważenia pacjentów w gabinetach lekarskich i placówkach służby zdrowia.

Dane techniczne wagi MS 4910:

- Obciążenie maksymalne: 300 kg

- Dokładność odczytu: 100 g
- podwójny wyświetlacz LCD
- Zasilanie: bateryjne lub sieciowe (zasilacz w zestawie)
- Wymiary platformy: 360 mm x 310 mm
- Platforma antypoślizgowa
- Gumowane stopki umożliwiające regulację poziomu platformy
- Opcje: TARA, HOLD, BMI, PRINT
- Opcjonalnie: drukarka TP 2100 Thermal

Dane techniczne wzrostomierza elektronicznego HM 200D:

- Zakres pomiaru: 120 - 200 cm
- Podziałka: 1 mm
- Cyfrowy wyświetlacz zamontowany na wzrostomierzu dla wygodniejszego odczytu danych

Waga posiada świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej, co gwarantuje dokładny pomiar w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe np. telefony komórkowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Zadanie nr 1 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści poniżej opisany wózek oddziałowy ?



Wózek oddziałowy mały (stolik oddziałowy) przeznaczony przewożenia między innymi leków, artykułów higienicznych, akcesoriów medycznych, środków do dezynfekcji itp.

Wypożyczenie:

- 3 duże pojemniki z tworzywa - półka górna, środkowa i dolna,
- 1 mały pojemnik boczny umieszczony na krótszym boku,
- uchwyt na worek na odpady z pokrywą, którą można zdjąć,
- 4 kółka z hamulcami,
- 2 uchwyty do prowadzenia.

Parametry techniczne

- Wysokość: 90 cm
- Szerokość: 42 cm
- Długość: 69 cm
- Konstrukcja: stal lakierowana proszkowo, stal nierdzewna

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty.