„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o.
Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław
Tel. 71 77 66 200 Fax 71 75 75 970
e-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl www.dczp.wroclaw.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy
NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819
Kapitał Zakładowy: 89 765 000,00 zł

Wrocław 06.10.2026r.

Nr sprawy: **39/OLiOC_3/2026/P**

Wyjaśnienie nr 1 do SWZ

Do wszystkich Oferentów postępowania nr **39/OLiOC_3/2026/P**
pn.:

Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby DCZP sp. z o.o. w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 wrześnie 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania Oferentów:

Pytanie nr 1: **dotyczy pozycji „2 tryby pracy: 30:2 oraz ciągły"**
Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, które może pracować w schemacie 30:2, ciągłym oraz 50:2? Zwracamy na to szczególną uwagę, ponieważ w powyższym punkcie widzimy, że Zamawiający wymaga aby zakres głębokości oraz częstotliwości był zawarty zgodnie wytycznymi ERC.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2: **dotyczy pozycji "Czas ładowania akumulatora wewnętrznego do 120 minut."**
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, którego czas ładowania baterii do 100% wynosi do 180 min, przy jednoczesnym co najmniej 2-krotnie dłuższym czasie pracy na baterii niż minimalny wymagany przez Zamawiającego w specyfikacji.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3: dotyczy pozycji „ Bezprzewodowa transmisja (bluetooth, wifi) danych z pamięci urządzenia o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera."
Zwracamy się z prośbą o wyrażeni zgody na zaoferowanie urządzenia, które wykorzystuje pamięć w postaci karty SD o pojemności 32 Gb.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4: dotyczy pozycji „ podkładka stabilizująca pod głowę"
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „podkładki stabilizującej pod głowę" – w szczególności prosimy o wyjaśnienie, co ma stabilizować ta podkładka. Jeżeli podkładka ta, np. typu „pas na szyję (część pasa stabilizacyjnego)", ma stabilizować urządzenie, to wnosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie urządzenia, które z racji swojej budowy nie wymaga stosowania tego rodzaju „podkładki stabilizującej pod głowę". Ponadto należy zauważyć, że tego rodzaju podkładka podczas użycia u pacjentów z podejrzeniem urazu kręgosłupa odcinka szyjnego może stanowić dodatkowy element przyczyniający się do urazów wtórnych. W związku z powyższym pytaniem wnosimy o wyrażenie zondy na zaoferowanie urządzenia, które z racji swojej konstrukcji nie wymaga stosowania podkładki pod głowę.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza na zaoferowanie urządzenia, które z racji swojej konstrukcji nie wymaga stosowania podkładki pod głowę.

Pytanie nr 5: dotyczy pozycji „ pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia".
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania rozwiązania zapewniającego stabilizację rąk pacjenta w trakcie terapii poprzez pasy, jednocześnie nie uniemożliwiającego lub nie utrudniającego infuzji leków oraz płynów w dole łokciowym. Wspomniane miejsce podawania leków jest jednym z głównych miejsc wybieranych podczas resuscytacji krążeniowo oddechowej u osób dorosłych. W związku z powyższym wnosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie urządzenia, które wykorzystuje system pasów, który celem stabilizacji rąk pacjenta nie wymaga konieczności mocowania ich do urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 6: dotyczy pozycji „ jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (ssawki, 2 szt.)"
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie urządzenia, które wykorzystuje wielorazowe nakładki na tłok w 2 rozmiarach w zależności od wysokości klatki piersiowej poszkodowanego, w ilości zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7: dotyczy pozycji „ Wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez ssawkę (podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację)"

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgodny na zaoferowanie urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Corpuls CPR, który jako elementy bezpośredniego kontaktu wykorzystuje wielorazowe nakładki (dostępne w dwóch rozmiarach w zależności od wysokości klatki piersiowej pacjenta) na tłok odpowiedzialny za prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej. Dodatkowo dwa badania ukazują, że stosowanie aktywnej dekompresji nie powinno być rutynowo wybieraną formą terapii zgodnie z poniższymi badaniami:
- Goto Y, Maeda T, Goto YN. Termination-of-resuscitation rule for emergency department physicians treating out-of-hospital cardiac arrest patients: an ob- servational cohort study. Crit Care 2013;17:R235.
- McCullough PA, Thompson RJ, Tobin KJ, Kahn JK, O'Neill WW. Validation of a decision support tool for the evaluation of cardiac arrest victims. Clin Car- diol 1998;21:195–200.
Proponowane przez nas rozwiązanie może dodatkowo znacząco obniżyć koszty eksploatacji urządzenia poprzez zastosowanie elementów wielorazowego użycia- każda z oferowanych przez nas nakładek pozwala na wykonanie wielu resuscytacji bez potrzeby ich każdorazowego wymieniania po użyciu. Oferowane nakładki mogą być dezynfekowane za pomocą preparatów na bazie alkoholu co znacząco ułatwia obsługę urządzenia. Dodatkowo pragniemy zwróci uwagę, że wytyczne nigdzie nie wspominają o mechanizmie aktywnej dekompresji klatki piersiowej.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty.